

## **Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20221670\_Z**

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

### **Vlastný návrh plnenia zákazky**

#### **I. Zmluvné strany :**

##### **1.1 Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.**

Sídlo: Strojárska 13, 04001 Košice, Slovenská republika

IČO: 31256911

DIČ: 2021823892

IČ DPH: SK2021823892

Bankové spojenie: IBAN: SK860200000000060131512

Telefón: 0556824103

##### **1.2 Dodávateľ:**

Obchodné meno: **OVN s.r.o.**

Sídlo: Veľkomoravská 2162/16B, 91105 Trenčín, Slovenská republika

IČO: 46953981

DIČ: 2023705090

IČ DPH: SK2023705090

Bankové spojenie: IBAN: SK057500000004017770026, BIC: CEKOSKBX

Telefón: 0907 771 150

#### **II. Predmet zmluvy**

**2.1 Presná špecifikácia predmetu dodatku č.1 - vlastný návrh plnenia ku Kúpnej zmluve č. Z20221670\_Z**

**Názov:** kyslíkový koncentrátor OVN OXYBABY 5A s príslušenstvom 10ks v cene 4329,17 EUR bez DPH, sadzba DPH 20%, celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH: 5195,00 EUR

**Platobné podmienky:** prevodom na účet dodávateľa, splatnosť faktúry je 90 dní od doručenia tovaru a faktúry objednávateľovi, tovar je až do úplného vyplatenia faktúry majetkom firmy OVN s.r.o.

**Dopravné služby :** doprava ZDARMA na miesto určenia ( adresa: Strojárska 13, 04001 Košice, Slovenská republika )

**Termín dodania:** 24.03.2022

## 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Kyslíkový koncentrátor OVN OXYBABY 5A

### Parametre produktu:

Model	OVN OXYBABY 5A
Čistota kyslíka pri 5l/min	$\geq 93\% \pm 3$ (V / V)
Napätie	AC220V $\pm$ 22V, 50 Hz $\pm$ 1 Hz / AC110V $\pm$ 15V, 60 Hz $\pm$ 1 Hz
Výstupný tlak	20kPa ~ 60 kPa
Prietok	1-5 l / min
Hladina zvuku	menej ako 45 dB - veľmi tichá prevádzka
Alarm	zlyhania napájania, nízkeho napätia, zvuková signalizácia zvýšeného prietoku kyslíka cez poistný ventil zvlhčovacej fľaše
Spotreba energie	300Watts
Čista hmotnosť	15kg
Farba	biela
rozmer	34.4 x 30.6 x 56.5 (cm)
záruka	2 roky
Štandardné príslušenstvo	1x napájací kábel 1x náhradná pripojovacia hadička zvlhčovacej fľaše 1x zvlhčovacia fľaša 2x prachový filter 2x vnútorný HEPA filter
Doplňkové príslušenstvo	2x nosová kyslíková kanyla 3x nosová kyslíková kanyla 1x predlžovacia hadička 2m 1x predlžovacia hadička 7,6m

III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú platné a tento Dodatok č.1 je prílohou ako Vlastný návrh plnenia Zákazky Z20221670\_Z a zostáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s dodatkom oboznámili, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že nebol uzavretý v tiesni alebo pod nátlakom alebo za nevýhodných podmienok, ho v dvoch exemplároch podpisujú.

Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis tohto dodatku.

V Trenčíne, dňa 14.03.2022

Objednávateľ:

Vysokošpeciálny geriatrický ústav sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Vysokošpecializovaný geriatrický ústav sv. Lukáša v Košiciach n.o.  
Trenčianska 13, 040 01 Košice

Dodávateľ:

Oľga S. S. S., konateľ Jany Ševčíkovej